

SETUP SHEET

RT-4546: Access Supine Breast & Lung, RT-4546MRI: Access Supine MR Breast & Lung,
RT-4546-01: Access Supine Breast or RT-4546-02: Access Supine Breast & Lung without Grid

Patient Name:


Patient ID #:

Setup by:

Physician:

Date:

Comments:



1. Indexed to simulation or treatment table? **Yes** **No** If yes, Index notch setting
2. Locating bar pin location (select one): **A** **B** **C**
3. Angle of Patient Surface (select one): **0°** **5°** **7.5°** **10°** **12.5°** **15°** **20°** **25°**
4. Used with the ArmShuttle: **Yes** **No**
5. Location of head rest (number 1–28):
6. Location of Hand Post(s) (select ones used)
A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **NONE USED**
7. Is a Bottom Stopper used? **Yes** **No** If yes, what setting? (number 1–8)
8. Side marking laser location:

SETUP SHEET

RT-4546: Access Supine Breast & Lung, RT-4546MRI: Access Supine MR Breast & Lung,
RT-4546-01: Access Supine Breast or RT-4546-02: Access Supine Breast & Lung without Grid

Patient Name:


Patient ID #:

Setup by:

Physician:

Date:

Comments:



1. Indexed to simulation or treatment table? **Yes** **No** If yes, Index notch setting
2. Locating bar pin location (select one): **A** **B** **C**
3. Angle of Patient Surface (select one): **0°** **5°** **7.5°** **10°** **12.5°** **15°** **20°** **25°**
4. Location and angle of Arm Supports (select one)—
 Patient's Left: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
 Patient's Right: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
5. Height of Arm Supports (number 1–8): Patient's Left Patient's Right
6. Length of Arm Supports (select one): Patient's Left: **A** **B** **C** Patient's Right: **A** **B** **C**
7. Location of Wrist Supports (letter from A to H): Patient's Left Patient's Right
8. Angle of Wrist Supports:
 Patient's Left: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
 Patient's Right: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
9. Height of Wrist Supports (letters W–Z): Patient's Left Patient's Right

OPSÆTNINGSARK

RT-4546: Access Supine bryst og lunge, RT-4546MRI: Access Supine MR bryst og lunge,
RT-4546-01: Access Supine bryst eller RT-4546-02: Access Supine bryst og lunge uden gitter

Patientens navn:


Patientens ID-nr.:

Opsat af:

Læge:

Dato:

Kommentarer:



1. Indekseret til simulerings- eller behandlingsleje? **Ja** **Nej** Indeksér rilleindstilling, hvis ja
2. Lokaliseringsstangens stiftplacering (vælg én): **A** **B** **C**
3. Patientoverfladens vinkel (vælg én): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. Anvendt med ArmShuttle: **Ja** **Nej**
5. Placering af hovedstøtte (nummer 1–28):
6. Placering af håndgreb (vælg de(n) anvendte)
A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **IKKE ANVENDT**
7. Anvendes der et bundstop? **Ja** **Nej** Hvis ja, hvilken indstilling? (nummer 1–8)
8. Placering af sidemarkeringslaser:

OPSÆTNINGSARK

RT-4546: Access Supine bryst og lunge, RT-4546MRI: Access Supine MR bryst og lunge,
RT-4546-01: Access Supine bryst eller RT-4546-02: Access Supine bryst og lunge uden gitter

Patientens navn:


Patientens ID-nr.:

Opsat af:

Læge:

Dato:

Kommentarer:



- Indekseret til simulerings- eller behandlingsleje? **Ja** **Nej** Indeksér rilleindstilling, hvis ja
- Lokaliseringsstangens stiftplacering (vælg én): **A** **B** **C**
- Patientoverfladens vinkel (vælg én): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Armstøtters placering og vinkel (vælg én) –
 Patientens venstre side: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
 Patientens højre side: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- Armstøtternes højde (nummer 1–8): Patientens venstre side Patientens højre side
- Armstøtternes længde (vælg én):
 Patientens venstre side: **A** **B** **C** Patientens højre side: **A** **B** **C**
- Håndledsstøtters placering (bogstav fra A til H):
 Patientens venstre side Patientens højre side
- Håndledsstøtters vinkel:
 Patientens venstre side: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
 Patientens højre side: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- Håndledsstøtters højde (bogstav W–Z): Patientens venstre side Patientens højre side

POTILASASENNUSKAAVIO

RT-4546: Access Supine, rintakehä ja keuhkot, RT-4546MRI: Access Supine MR, rintakehä ja keuhkot,
RT-4546-01: Access Supine, rintakehä, tai RT-4546-02: Access Supine, rintakehä ja keuhkot, ei hilaa

Potilaan nimi:


Potilastunniste:

Asentaja:

Lääkäri:

Pvm:

Muistiinpanot:



- Indeksoitu simulaatio- tai hoitopöytään? **Kyllä** **Ei** Jos kyllä, indeksilovien asetus
- Paikannintangon pinnien sijainti (valitse yksi): **A** **B** **C**
- Potilasalustan kulma (valitse yksi): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- ArmShuttle käytössä: **Kyllä** **Ei**
- Päätuen sijainti (numerot 1–28):
- Käsitukien sijainti (valitse käytettävät)
A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **EI KÄYTÖSSÄ**
- Onko alareunan pysäytin käytössä? **Kyllä** **Ei** Jos kyllä, millä asetuksella? (numerot 1–8)
- Reunamerkintälaserin sijainti:

POTILASASENNUSKAAVIO

RT-4546: Access Supine, rintakehä ja keuhkot, RT-4546MRI: Access Supine MR, rintakehä ja keuhkot,
RT-4546-01: Access Supine, rintakehä, tai RT-4546-02: Access Supine, rintakehä ja keuhkot, ei hilaa

Potilaan nimi:

Potilastunniste:

Asentaja:

Lääkäri:

Pvm:

Muistiinpanot:



- Indeksoitu simulaatio- tai hoitopöytään? **Kyllä** **Ei** Jos kyllä, indeksilovien asetus
- Paikannintangon pinnien sijainti (valitse yksi): **A** **B** **C**
- Potilasalustan kulma (valitse yksi): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Käsitukien sijainti ja kulma (valitse yksi) –
Potilaan vasen: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
Potilaan oikea: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- Käsitukien korkeus (numerot 1–8): Potilaan vasen Potilaan oikea
- Käsitukien pituus (valitse yksi): Potilaan vasen: **A** **B** **C** Potilaan oikea: **A** **B** **C**
- Rannetukien sijainti (kirjaimet A–H): Potilaan vasen Potilaan oikea
- Rannetukien kulma:
Potilaan vasen: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
Potilaan oikea: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- Rannetukien korkeus (kirjaimet W–Z): Potilaan vasen Potilaan oikea

OPPSETTARK

RT-4546: Access Supine bryst og lunge, RT-4546MRI: Access Supine MR bryst og lunge,
RT-4546-01: Access Supine bryst eller RT-4546-02: Access Supine bryst og lunge, uten gitter

Pasientnavn:


Pasient-ID-nummer:

Oppsett utført av:

Lege:

Dato:

Kommentarer:



1. Indeksert til stimulerings- eller behandlingsbord? **Ja** **Nei**
Hvis ja, indekssporinnstilling
2. Plasseringsstangpinnens plassering (velg én): **A** **B** **C**
3. Pasientoverflatens vinkel (velg én): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. Brukt med ArmShuttle: **Ja** **Nei**
5. Hodestøttens plassering (nummer 1–28):
6. Håndstolpen(e)s plassering (velg de som er i bruk)
A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **INGEN ER I BRUK**
7. Er rumpestopper i bruk? **Ja** **Nei** Hvis ja, hvilken innstilling? (nummer 1–8)
8. Plassering av sidemerking for laser:

OPPSETTARK

RT-4546: Access Supine bryst og lunge, RT-4546MRI: Access Supine MR bryst og lunge,
RT-4546-01: Access Supine bryst eller RT-4546-02: Access Supine bryst og lunge, uten gitter

Pasientnavn:


Pasient-ID-nummer:

Oppsett utført av:

Lege:

Dato:

Kommentarer:



- Indeksert til stimulerings- eller behandlingsbord? **Ja** **Nei**
Hvis ja, indekssporinnstilling
- Plasseringsstangpinnens plassering (velg én): **A** **B** **C**
- Pasientoverflatens vinkel (velg én): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Plassering av og vinkel på armstøtter (velg én) –
På pasientens venstre side: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
På pasientens høyre side: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- Armstøttenes høyde (nummer 1–8):
På pasientens venstre side På pasientens høyre side
- Armstøttenes lengde (velg én):
På pasientens venstre side: **A** **B** **C** På pasientens høyre side: **A** **B** **C**
- Håndleddsstøttenes plassering (bokstav fra A til H):
På pasientens venstre side På pasientens høyre side
- Håndleddsstøttenes vinkel:
På pasientens venstre side: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
På pasientens høyre side: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- Håndleddsstøttenes høyde (bokstavene W–Z):
På pasientens venstre side På pasientens høyre side

ARKUSZ KONFIGURACJI

RT-4546: przyrząd do radioterapii piersi i płuc Access Supine, RT-4546MRI: przyrząd do radioterapii piersi i płuc Access Supine do stosowania w środowisku MR, RT-4546-01: przyrząd do radioterapii piersi Access Supine lub RT-4546-02: przyrząd do radioterapii piersi i płuc Access Supine, bez siatki

Imię i nazwisko pacjenta:


Numer identyfikacyjny pacjenta:

Osoba wykonująca konfigurację:

Lekarz:

Data:

Komentarz:



1. Indeksowane do tabeli symulacji lub leczenia? **Tak** **Nie**
Jeśli tak, ustawienie rowka indeksowego
2. Położenie bolca paska lokalizacyjnego (wybrać jedno): **A** **B** **C**
3. Kąt nachylenia powierzchni pacjenta (wybrać jeden): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. Używany z przyrządem ArmShuttle: **Tak** **Nie**
5. Położenie podpórki pod głowę (numer 1–28):
6. Położenie podpórki(ek) pod dłoń (wybrać używane)
A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **NIE UŻYTO**
7. Czy użyto dolnego ogranicznika? **Tak** **Nie** Jeśli tak, to w jakiej konfiguracji? (numer 1–8)
8. Pozycja lasera względem oznaczenia bocznego:

ARKUSZ KONFIGURACJI

RT-4546: przyrząd do radioterapii piersi i płuc Access Supine, RT-4546MRI: przyrząd do radioterapii piersi i płuc Access Supine do stosowania w środowisku MR, RT-4546-01: przyrząd do radioterapii piersi Access Supine lub RT-4546-02: przyrząd do radioterapii piersi i płuc Access Supine, bez siatki

Imię i nazwisko pacjenta:


Numer identyfikacyjny pacjenta:

Osoba wykonująca konfigurację:

Lekarz:

Data:

Komentarz:



- Indeksowane do tabeli symulacji lub leczenia? **Tak** **Nie**
Jeśli tak, ustawienie rowka indeksowego
- Położenie bolca paska lokalizacyjnego (wybrać jedno): **A** **B** **C**
- Kąt nachylenia powierzchni pacjenta (wybrać jeden): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Położenie i kąt podpórek pod ramiona (wybrać jedno) —
lewa strona pacjenta: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
prawa strona pacjenta: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- Wysokość podpórek pod ramiona (numer 1–8): lewa strona pacjenta
prawa strona pacjenta
- Długość podpórek pod ramiona (wybrać jedno): lewa strona pacjenta: **A** **B** **C**
prawa strona pacjenta: **A** **B** **C**
- Położenie podpórek pod nadgarstki (litera od A do H): lewa strona pacjenta
prawa strona pacjenta
- Kąt podpórek pod nadgarstki:
lewa strona pacjenta: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
prawa strona pacjenta: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- Wysokość podpórek pod nadgarstki (litery W–Z): lewa strona pacjenta
prawa strona pacjenta

FIȘĂ DE CONFIGURARE

RT-4546: Suportul Access Supine pentru sâni și plămâni, RT-4546MRI: Suportul Access Supine RM pentru sâni și plămâni, RT-4546-01: Suportul Access Supine pentru sâni sau RT-4546-02: Suportul Access Supine pentru sâni și plămâni, fără grilă

Numele pacientului:


Numărul de identificare al pacientului:

Configurare realizată de:

Medic:

Data:

Comentarii:



1. Indexat față de masa de simulare sau de tratament? **Da** **Nu** Dacă da, setarea de indexare
2. Locul știftului barei de localizare (alegeți o opțiune): **A** **B** **C**
3. Unghiul suprafeței pacientului (alegeți o opțiune): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. Se utilizează cu ArmShuttle: **Da** **Nu**
5. Locul suportului pentru cap (număr de la 1 la 28):
6. Locul tijei/tijelor de apucare cu mâna (selectați-le pe cele utilizate)
A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **NICIUNA**
7. Se folosește un opritor inferior? **Da** **Nu** Dacă da, care este setarea? (număr de la 1 la 8)
8. Locul laserului cu marcaj lateral:

FIȘĂ DE CONFIGURARE

RT-4546: Suportul Access Supine pentru sâni și plămâni, RT-4546MRI: Suportul Access Supine RM pentru sâni și plămâni, RT-4546-01: Suportul Access Supine pentru sâni sau RT-4546-02: Suportul Access Supine pentru sâni și plămâni, fără grilă

Numele pacientului:

Numărul de identificare al pacientului:

Configurare realizată de:

Medic:

Data:

Comentarii:



1. Indexat față de masa de simulare sau de tratament? **Da** **Nu** Dacă da, setarea de indexare
2. Locul știftului barei de localizare (alegeți o opțiune): **A** **B** **C**
3. Unghiul suprafeței pacientului (alegeți o opțiune): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. Locul și unghiul suporturilor pentru brațe (selectați o opțiune) –
 Stânga pacientului: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
 Dreapta pacientului: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
5. Înălțimea suporturilor pentru brațe (număr de la 1 la 8): Stânga pacientului
 Dreapta pacientului
6. Lungimea suporturilor pentru brațe (selectați o opțiune): Stânga pacientului: **A** **B** **C**
 Dreapta pacientului: **A** **B** **C**
7. Locul suporturilor pentru încheieturile mâinilor (literă de la A la H): Stânga pacientului
 Dreapta pacientului
8. Unghiul suporturilor pentru încheieturile mâinilor:
 Stânga pacientului: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
 Dreapta pacientului: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
9. Înălțimea suporturilor pentru încheieturile mâinilor (litere de la W la Z): Stânga pacientului
 Dreapta pacientului

HÁROK NASTAVENIA

RT-4546: Access Supine pre prsníky a pľúca, RT-4546MRI: Access Supine MR pre prsníky a pľúca,
RT-4546-01: Access Supine pre prsníky alebo RT-4546-02: Access Supine pre prsníky a pľúca bez
mriežky

Meno pacienta:


Č. identifikátora pacienta:

Nastavil(-a):

Lekár:

Dátum:

Komentáre:



- Polohovanie pre stimulačné alebo terapeutické lôžko? **Áno** **Nie**
Ak áno, nastavenie indexového zárezu
- Poloha kolíka nastavovacej lišty (vyberte jednu): **A** **B** **C**
- Uhol povrchu pacienta (vyberte jeden): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Použitý so zariadením ArmShuttle: **Áno** **Nie**
- Umiestnenie opierky hlavy (číslo 1–28):
- Umiestnenie ručných kolíkov (vyberte použité)
A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **NIE SÚ POUŽITÉ**
- Je nasadená spodná zarážka? **Áno** **Nie** Ak áno, v akom nastavení? (číslo 1–8)
- Poloha bočného značiaceho laseru:

HÁROK NASTAVENIA

RT-4546: Access Supine pre prsníky a pľúca, RT-4546MRI: Access Supine MR pre prsníky a pľúca,
RT-4546-01: Access Supine pre prsníky alebo RT-4546-02: Access Supine pre prsníky a pľúca bez
mriežky

Meno pacienta:


Č. identifikátora pacienta:

Nastavil(-a):

Lekár:

Dátum:

Komentáre:



- Polohovanie pre stimulačné alebo terapeutické lôžko? **Áno** **Nie**
Ak áno, nastavenie indexového zárezu
- Poloha kolíka nastavovacej lišty (vyberte jednu): **A** **B** **C**
- Uhol povrchu pacienta (vyberte jeden): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Poloha a uhol opierok ramena (vyberte jeden):
Ľavá strana pacienta: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
Pravá strana pacienta: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- Výška opierok ramena (číslo 1–8): Ľavá strana pacienta Pravá strana pacienta
- Dĺžka opierok ramena (vyberte jednu): Ľavá strana pacienta: **A** **B** **C** Pravá strana pacienta: **A** **B** **C**
- Poloha opierok zápästia (písmeno A–H): Ľavá strana pacienta Pravá strana pacienta
- Uhol opierok zápästia:
Ľavá strana pacienta: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
Pravá strana pacienta: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- Výška opierok zápästia (písmená W–Z): Ľavá strana pacienta Pravá strana pacienta

INSTÄLLNINGSBLAD

RT-4546: Access Supine, bröst och lunga, RT-4546MRI: Access Supine MR, bröst och lunga,
RT-4546-01: Access Supine, bröst eller RT-4546-02: Access Supine, bröst och lunga utan matris

Patientens namn:


Patientens ID-nummer:

Inställt av:

Läkare:

Datum:

Kommentarer:



1. Indexerat enligt simulerings- eller behandlingstabell? **Ja** **Nej**
Om ja, indexera filterinställning
2. Positioneringsstavens stiftplacering (välj ett alternativ): **A** **B** **C**
3. Patientytans vinkel (välj ett alternativ): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. Används med ArmShuttle: **Ja** **Nej**
5. Huvudstöd placering (nummer 1–28):
6. Handtagets(-ens) placering (välj de som används)
A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **INGA ANVÄNDS**
7. Används ett nedre stopp? **Ja** **Nej** Om ja, vilken inställning? (nummer 1–8)
8. Sidomärkningen för laserplacering:

INSTÄLLNINGSBLAD

RT-4546: Access Supine, bröst och lunga, RT-4546MRI: Access Supine MR, bröst och unga,
RT-4546-01: Access Supine, bröst eller RT-4546-02: Access Supine, bröst och lunga utan matris

Patientens namn:


Patientens ID-nummer:

Inställt av:

Läkare:

Datum:

Kommentarer:



- Indexerat enligt simulerings- eller behandlingstabell? **Ja** **Nej**
Om ja, indexera filterinställning
- Positioneringsstavens stiftplacering (välj ett alternativ): **A** **B** **C**
- Patientytans vinkel (välj ett alternativ): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Placering och vinkel för armstöd (välj ett alternativ) –
patientens vänstra sida: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
Patientens högra sida: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- Höjd för armstöden (nummer 1–8): Patientens vänstra sida Patientens högra sida
- Längd för armstöd (välj något):
Patientens vänstra sida: **A** **B** **C** Patientens högra sida: **A** **B** **C**
- Placering för handledsstöd (bokstav från A till H):
Patientens vänstra sida Patientens högra sida
- Vinkel för handledsstöd:
Patientens vänstra sida: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
Patientens högra sida: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- Höjd för handledsstöd (bokstäver W–Z):
Patientens vänstra sida Patientens högra sida

KURULUM SAYFASI

RT-4546: Access Supine Göğüs ve Akciğer, RT-4546MRI: Access Supine MR Göğüs ve Akciğer,
RT-4546-01: Access Supine Göğüs veya RT-4546-02: Access Supine Göğüs ve Akciğer, Kafessiz

Hastanın Adı Soyadı:


Hasta ID #:

Kurulumu yapan:

Hekim:

Tarih:

Yorumlar:



1. Simülasyona veya tedavi masasına indekslenir mi? **Evet** **Hayır** Evet ise, İndeks dişi ayarı
2. Yerleştirme çubuğu pim konumu (bir tane seçin): **A** **B** **C**
3. Hasta Yüzeyinin açısı (bir tane seçin): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. ArmShuttle ile kullanılır: **Evet** **Hayır**
5. Baş dayanağının yeri (no. 1-28):
6. El Direklerinin yeri (kullanılanları seçin)
A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **KULLANILMAZ**
7. Alt Stoper kullanılır mı? **Evet** **Hayır** Evet ise, hangi ayar? (no. 1-8)
8. Yan işaret lazer konumu:

KURULUM SAYFASI

RT-4546: Access Supine Göğüs ve Akciğer, RT-4546MRI: Access Supine MR Göğüs ve Akciğer,
RT-4546-01: Access Supine Göğüs veya RT-4546-02: Access Supine Göğüs ve Akciğer, Kafessiz

Hastanın Adı Soyadı:

Hasta ID #:

Kurulumu yapan:

Hekim:

Tarih:

Yorumlar:



- Simülasyona veya tedavi masasına indekslenir mi? **Evet** **Hayır** Evet ise, İndeks dışı ayarı
- Yerleştirme çubuğu pim konumu (bir tane seçin): **A** **B** **C**
- Hasta Yüzeyinin açısı (bir tane seçin): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Kol Desteklerinin yeri ve açısı (bir tane seçin)—
Hastanın Sol Tarafı: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
Hastanın Sağ Tarafı: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- Kol Desteklerinin Yüksekliği (no. 1-8): Hastanın Sol Tarafı Hastanın Sağ Tarafı
- Kol Desteklerinin Uzunluğu (bir tane seçin): Hastanın Sol Tarafı: **A** **B** **C**
Hastanın Sağ Tarafı: **A** **B** **C**
- Bilek Desteklerinin Yeri (A-H arası harf): Hastanın Sol Tarafı Hastanın Sağ Tarafı
- Bilek Desteklerinin Açısı:
Hastanın Sol Tarafı: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
Hastanın Sağ Tarafı: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- Bilek Desteklerinin Yüksekliği (W-Z harfleri): Hastanın Sol Tarafı Hastanın Sağ Tarafı

设置表

RT-4546: ACCESS 仰卧装置 (胸部和肺), RT-4546MRI: ACCESS 仰卧装置 MR (胸部和肺),
RT-4546-01: ACCESS 仰卧装置 (胸部), 或 RT-4546-02: 无网格 ACCESS 仰卧装置 (胸部和肺)

患者姓名:


患者 ID 号:

设置人:

医生:

日期:

注释:



1. 变位至模拟或治疗台? **是** **否** 如果选择是, 则设置变位凹槽
2. 定位杆销钉位置 (选择一项): **A** **B** **C**
3. 患者表面角度 (选择一项): **0°** **5°** **7.5°** **10°** **12.5°** **15°** **20°** **25°**
4. 与 ArmShuttle 一同使用: **是** **否**
5. 头枕位置 (编号 1-28):
6. 手柱位置 (选择已使用的刻度):
A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **未使用**
7. 是否使用底部制动装置? **是** **否** 如果选择是, 如何设置? (编号 1-8)
8. 侧面标记激光位置:

设置表

RT-4546: ACCESS 仰卧装置 (胸部和肺), RT-4546MRI: ACCESS 仰卧装置 MR (胸部和肺),
RT-4546-01: ACCESS 仰卧装置 (胸部), 或 RT-4546-02: 无网格 ACCESS 仰卧装置 (胸部和肺)

患者姓名:


患者 ID 号:

医生:

注释:

设置人:

日期:



- 变位至模拟或治疗台? **是** **否** 如果选择是, 则设置变位凹槽
- 定位杆销钉位置 (选择一项): **A** **B** **C**
- 患者表面角度 (选择一项): **0°** **5°** **7.5°** **10°** **12.5°** **15°** **20°** **25°**
- 手臂支撑的位置和角度 (选择一项):
患者左侧: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
患者右侧: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- 臂部支撑高度 (编号 1-8): 患者左侧 患者右侧
- 臂部支撑长度 (选择一项): 患者左侧: **A** **B** **C** 患者右侧: **A** **B** **C**
- 腕部支撑的位置 (从字母 A 到 H): 患者左侧 患者右侧
- 腕部支撑角度:
患者左侧: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
患者右侧: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- 腕部支撑高度 (字母 W-Z): 患者左侧 患者右侧