



positioning
patients for life.®

제품 가이드 및 사용 설명서

8002041

8002066

8002067

X-Trans® 암보드(Armboard)



EC REP		Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 제작: 미국 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	--	--	---

X-Trans®는 Qfix의 등록 상표입니다.

Cidex®는 Johnson & Johnson의 등록 상표입니다.

Clorox®는 The Clorox Company의 등록 상표입니다.

목차

일반 주의 사항.....	4
경고문.....	4
중대한 사고.....	4
정격 하중.....	4
경고 라벨 및 설명.....	4
사용 용도.....	5
유지보수.....	6
시스템 청소.....	6
시스템 소독.....	6
부품 목록.....	7
8002065 (A).....	7
8002068 (B).....	7
작동 지침.....	8
설치.....	8
제거.....	10

일반 주의 사항

경고문

! 경고 ! 이 장비의 수정은 허용되지 않습니다. 이 장치에 치명적인 하중이 걸리거나 장치가 손상된 것으로 보이거나 제대로 작동하지 않을 경우 즉시 사용을 중단하고 QFIX에 전화 (+1 484-720-6054) 또는 이메일 (TECHSUPPORT@QFIX.COM)로 연락하십시오.

중대한 사고

모든 중대한 사고(예, 사망 또는 중대한 손상을 초래하거나 또는 이를 초래할 가능성이 있는 사고)에 대해서는 Qfix와 현지 관할당국에 보고하십시오.

정격 하중

8002041—249 kg (550 lb) 등분포 하중을 초과하지 마십시오.

8002066—226 kg (500 lb) 등분포 하중을 초과하지 마십시오.

8002067—226 kg (500 lb) 등분포 하중을 초과하지 마십시오.

경고 라벨 및 설명

기호 및 정의 목록은 Qfix.com을 참조하십시오.

사용 용도

이 제품군은 방사선 투과 장치로서 주입 및/또는 팔걸이용으로 설계되었습니다. 제품은 상판이 평평한 혈관조영 테이블 및 상판이 평평한 영상촬영 테이블에 사용하도록 설계되었습니다.

! 노트 ! 미국 연방법에 따라이 장치는 의사의 지시에 따라 판매가 제한됩니다.

대상 환자군

영상 진단이 관여된 일반 의료 시술 또는 수술을 받는 환자.

사용자

본 제품의 사용자는 현지 지역 규정 요건에 따라 자격을 갖춘 사람입니다.

유지보수

시스템 청소

암보드(Armboard)는 순한 비마모성 세정액 또는 소독액으로 세척할 수 있습니다. 세정하려면 깨끗한 천에 용액을 묻혀 표면을 닦으십시오.

시스템 소독


다음 세정제는 테스트를 거쳐 암보드 표면을 세정하기에 적합한 것으로 확인되었습니다. 암보드 표면을 소독하려면 세정제 제조사의 지침을 참조하십시오.

- 물
- 10% Clorox® 표백액
- 이소프로필 알코올
- Cidex® 2.4% 활성화된 디알데히드 용액
- 비누 및 물


모든 잠금장치가 단단하게 조여있는지 정기적으로 점검하십시오.

부품 목록

8002065 (A)




8002068 (B)




작동 지침

설치

8002041



1



2




3



4



5



6



7

작동 지침

설치


8002066 및 8002067



8



9




10


작동 지침

제거


8002041



11



12



13

작동 지침

제거

8002066 및 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com